



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012-2013
ADENDO No. 02**

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ARTES-ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, y teniendo en cuenta que se hace necesario corregir un error tipográfico de la especificación que al momento de transcribir la capacidad del equipo correspondiente al ítem 12 INCUBADORA CON CO₂; atendiendo las observaciones realizadas en la etapa de pre pliegos de condiciones por algunos oferentes, y que una vez analizadas por el Comité de Evaluación acordó, que era pertinente aclarar o modificar; mediante el presente Adendo, al Pliego de Condiciones que rige el proceso de la Convocatoria Pública No. 012-2013, tal como a continuación se describe:

1. MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÍTEM 12, LA CUAL QUEDARA ASÍ:

12	FCE	INCUBADORA CON CO ₂	CAPACIDAD: 42-53 LITROS. RANGO DE TEMPERATURA, DESDE 5 °C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA (°C): 60. DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE A 37 °C (± K): 0,3. DESVIACIÓN MOMENTÁNEA DE LA TEMPERATURA A 37 °C (± K): 0,1. TIEMPO DE RECUPERACIÓN TRAS 30 S CON LA PUERTA ABIERTA A 37 °C (MIN) 1): 3. HUMEDAD (±5% H.R.): 95. RANGO DE CO ₂ (% VOL. DE CO ₂): 0 – 20. PRECISIÓN DE AJUSTE (% VOL. DE CO ₂): 0,15. TIEMPO DE RECUPERACIÓN TRAS 30 S CON LA PUERTA ABIERTA 1) CON EL 5,0% VOL. DE CO ₂ (MIN): 6. BOQUILLA DE CONEXIÓN DE GAS PARA CO ₂ CON DIÁMETRO INTERIOR (MM): 6. OPCIONAL RANGO DE O ₂ (% VOL. DE O ₂): 0,2 – 95. PRECISIÓN DE AJUSTE (% VOL. DE O ₂): 0,1. TIEMPO DE RECUPERACIÓN TRAS 30 S CON LA PUERTA ABIERTA 1) CON EL 1,0% VOL. DE O ₂ (MIN): 25, CON EL 5,0% VOL. DE O ₂ (MIN): 9. BOQUILLA DE CONEXIÓN DE GAS PARA O ₂ /N ₂ CON DIÁMETRO INTERIOR (MM): 6. CONEXIÓN ELÉCTRICA: 120V/60Hz. INCLUIR CILINDRO DE CO ₂ DE MÍNIMO 3,5 M ³ (PROPIO, SIN ALQUILER) E INSTALACIÓN DE RED DE GAS CO ₂ .	CB-53, MCO- 5AC- PA	BINDER, SANYO	1
----	-----	--------------------------------	---	------------------------------	------------------	---

2. MODIFICAR EL NUMERAL ANEXO 3. FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA, EL CUAL SE PUBLICARA EN EL ARCHIVO EXCEL.

El contenido del presente ADENDO No.2, forma parte integral del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No 012 de 2013 y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en el Pliego de Condiciones.

Dado en Bogotá, D. C. a los (9) días del mes de Octubre de 2013.

COMITÉ DE EVALUACIÓN.