



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010-2014

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS PRE- PLIEGOS DE CONDICIONES POR PARTE DE LOS INTERESADOS EN EL PROCESO

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LOS GRUPOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, ARTES-ASAB, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS."

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES SAS Nit. 900.080.875 – 4 ORLANDO SANCHEZ DIAZ Kra 13 No 63 – 39 Int 18 6 40 68 77 / 71 / 72 Fax ext. 118
licitacionesdoc@iclsas.com; auxilicita01@iclsas.com

OBSERVACIÓN No. 1

Reciban un cordial saludo de ICL S.A.S. solicitamos respetuosamente a la entidad se considere las siguientes observaciones en cuanto a especificar las características de los siguientes ítems:

En el Folio 19 de la Ficha Técnica Item 8: SOLUCION INTEGRAL PARA EL LABORATORIO ESTUDIO DE TELEVISIÓN la Entidad incluye los siguientes equipos:

- *3 Monitores de Visualización de Imágenes*
- *2 Monitores de Visualización Previa*
- *1 Monitor de Visualización de Salida*

Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad especificar las características de los monitores solicitados: como por ejemplo: tamaño, resolución, etc.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Los 3 monitores de visualización de imágenes, se requieren para recibir las imágenes de tres cámaras sony hvr s270u: con salida tipo componente conector BNC, cable SDI, conector BNC y audio RCA, salida HDV/DV, HD/SD out . Por tanto estos monitores deben contener las entradas para recibir estos conectores(o en su defecto los adaptadores para que puedan recibir la señal). El tamaño de los monitores LCD, debe ser de 24", full HD, 1080 resolución. Los dos monitores de visualización previa y de visualización terminada o programa, deben recibir la señal de un mezclador de video que tiene salidas en DVI, y en NBC, además deben tener entradas que reciban HDMI (de igual manera, en su defecto se requieren los adaptadores para que puedan recibir la señal). Adicionalmente se solicita que los monitores tengan entradas HDMI. (Solicitamos respetuosamente a los proponentes programar una visita de reconocimiento al espacio físico y a los equipos existentes y los cuales hacen parte de la funcionalidad de la solución integral).

Es importante señalar la opción publicada respecto a los monitores, una pantalla de gran formato (55"-60") o dos medianas (32") full HD, 1080 resolución y el dispositivo para cada una que permitan mostrar múltiples fuentes de imágenes tanto de entrada como de salida (para 3 cámaras, dos imágenes previas y una de salida)

OBSERVACIÓN No. 2

En el Folio 24 de la Ficha Técnica Item 33: FILTROS DE SEGURIDAD CAMARAS FOTOGRAFICAS

Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad especificar:

- *Cantidad en cada diámetro ya que es muy genérica la solicitud: Filtros UV de 52mm a 78mm, dentro de este rango existen los siguientes diámetros: 52, 55, 58, 62, 67,72, 78 mms.*

Damos un cordial saludo a la Entidad en sus labores diarias, éxitos en el proceso que se adelanta.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

Se especifican a continuación las cantidades y numero de diámetro:

77mm = 12 unidades
72mm = 3 unidades

69mm = 9 unidades
58mm = 20 unidades
55mm = 6 unidades

**OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ANALYTICA S.A.S
M.IND KELLY JOHANA CARRANZA P REPRESENTANTE DE VENTAS ZONA
UNIVERSIDADES BOGOTÁ MOVIL: 3013907372 TEL: 3451987 EXT 108 DIR: CRA 12 #
68 – 41 universidadesbog@analytica.com.co**

OBSERVACIÓN No. 1

La empresa ANALYTICA S.A.S se permite realizar las observaciones con respecto al pre- pliego del proceso mencionado en referencia entregado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

1. De acuerdo al numeral 2.4.1.1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES: Para acreditar la experiencia, solicitamos sea permitido presentar tres (3) certificaciones de contratos por proponente, celebrados a partir del 1 de enero de 2009, que se encuentren en ejecución. Esto con el fin de favorecer la pluralidad de oferentes.

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación Los contratos deben estar ejecutados.
Referente a partir del 2009 se acepta.**

COMITÉ DE EVALUACION