

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN INICIAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 011-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
DICIEMBRE 2020

Yo, RICARDO FORERO CARDENAS en representación de la facultad de ARTES ASAB, del Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales, invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 011-2020** cuyo objeto es: " **CONTRATAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, CON DESTINO A LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA DE LA SEDE BOSA PORVENIR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS**". Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 011-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s) **SICVEL NO CUMPLE** conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39 y 40.

Para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

ITEM 1: CUMPLE - ITEM 2: CUMPLE - ITEM 3: CUMPLE - ITEM 4: CUMPLE

ITEM 5: CUMPLE - ITEM 6: CUMPLE - ITEM 7: CUMPLE - **ITEM 8: NO CUMPLE**

ITEM 9: CUMPLE – ITEM 10: CUMPLE – ITEM 11: CUMPLE – ITEM 12: CUMPLE

ITEM 13: CUMPLE – ITEM 14: CUMPLE – **ITEM 15: NO CUMPLE** – ITEM 16: CUMPLE

ITEM 17: CUMPLE – ITEM 18: CUMPLE – ITEM 19: CUMPLE – ITEM 20: CUMPLE

ITEM 21: CUMPLE – ITEM 22: CUMPLE – **ITEM 23: NO CUMPLE** – ITEM 24: CUMPLE

ITEM 25: CUMPLE – ITEM 26: CUMPLE – ITEM 27: CUMPLE – **ITEM 28: NO CUMPLE**

ITEM 29: NO CUMPLE – ITEM 30: CUMPLE – ITEM 31: CUMPLE – ITEM 32: CUMPLE

ITEM 33: CUMPLE – ITEM 34: CUMPLE – ITEM 35: CUMPLE – ITEM 36: CUMPLE

ITEM 37: CUMPLE – ITEM 38: CUMPLE – ITEM 39: CUMPLE – ITEM 40: CUMPLE

OBSERVACIONES:

ITEM 8: NO CUMPLE:

1. NO ES POSIBLE VERIFICAR EL NUMERO DE CANALES DEL SISTEMA DE TRANSMISION EN EL CATALOGO PRESENTADO – NO SE IDENTIFICA PAGINA WEB PARA LA VERIFICACION.

ITEM 15: NO CUMPLE

1. LA INFORMACION PRESENTADA EN EL CATALOGO NO PERMITE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 23 NO CUMPLE:

1. LA IMAGEN PRESENTADA COMO CATALOGO NO CORRESPONDE CON LA TRANSCRIPCION QUE FUE COPIADA DEL MISMO ITEM.

ITEM 28 NO CUMPLE:

1. LA TEMPERATURA DE COLOR DEL MODELO OFERTADO VA DE 2800 A 10000K NO CUMPLE EL RANGO MÍNIMO DADO QUE LA SOLICITADA EN PLIEGOS ES DE 2500 A 9000K.
2. EL NUMERO DE CANALES DEL CONTROLADOR DMX DEL MODELO OFERTADO ES DE 8 NO CUMPLE PORQUE ES INFERIOR A LOS 12 CANALES DEL CONTROLADOR DMX SOLICITADO EN PLIEGOS.

ITEM 29 NO CUMPLE:

1. NO PRESENTA CATALOGO QUE PERMITA CONSTATAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS DISCOS DUROS.

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: 

IDENTIFICACIÓN: CC79.460.073

FECHA: DICIEMBRE 7 2020