

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
NOVIEMBRE 2020

Yo, **Henry Moreno Acosta** en representación de la facultad TECNOLOGICA y de los Laboratorios y Talleres de Mecánica como responsable de la solicitud del equipo (s), e invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** cuyo objeto es: "**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS**". Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s)

SOLTECO SAS


conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

1. ÍTEM 8 Solución Integral De Escaneo 3D de Grado Metrológico: **No cumple**. En el anexo 3 presentado por el oferente se menciona que posee mesa giratoria automática, Trípode y/o stand móvil, en los catálogos presentados por la empresa no se encuentra información al respecto de estos elementos que permitan evaluarlos, la información presentada para el *Equipo de cómputo portátil de alto rendimiento para manejo de nubes de puntos o mallas escaneadas*, no hace parte de un catálogo propio de MSI que permita verificar la información, en cuanto al software de la propuesta, en la información presentada por el oferente no se evidencia que este software tenga la capacidad solicitada para la solución integral.

En la evaluación de habilitantes la empresa **NO CUMPLE** con la entrega carta de compromiso en la entrega del registro de importación

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: 

IDENTIFICACIÓN: CC 19475241

FECHA: 27/11/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
NOVIEMBRE 2020

Yo, **Henry Moreno Acosta** en representación de la facultad TECNOLOGICA y de los Laboratorios y Talleres de Mecánica como responsable de la solicitud del equipo (s), e invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"**. Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s)

Cesar Tabares L & CIA SAS

conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

- 1. ÍTEM 8 Solución Integral De Escaneo 3D de Grado Metrológico: Cumple con todas las especificaciones**

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: Henry Moreno Acosta
IDENTIFICACIÓN: CC 19475241
FECHA: 27/11/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
NOVIEMBRE 2020

Yo, **Henry Moreno Acosta** en representación de la facultad TECNOLOGICA y de los Laboratorios y Talleres de Mecánica como responsable de la solicitud del equipo (s), e invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"**. Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s)

IMOCOM SAS

conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

1. ÍTEM 8 Solución Integral De Escaneo 3D de Grado Metrológico: **No cumple**. En el anexo 3 presentado por el oferente se menciona que posee mesa giratoria automática, Trípode y/o stand móvil, en los catálogos presentados por la empresa no se encuentra información al respecto de estos elementos que permitan evaluarlos, no se presenta catalogo alguno para el Equipo de cómputo portátil de alto rendimiento para manejo de nubes de puntos o mallas escaneadas, que permita realizar la evaluación del elemento presentado, no se encuentra la especificación "*Resolución mínima de 5 Megapíxeles*" en el anexo 3 presentado por el oferente, ni en el catálogo no aparece información al respecto, en lo referente a la *Aplicación o softwares necesarias para el proceso de escaneo, procesamiento y medición* el catalogo no muestra la información específica necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones relacionadas.

En la evaluación de habilitantes la empresa **NO CUMPLE** con las certificaciones de experiencia y/o soportes, además de no incluir la carta de compromiso del registro de importación, carta de garantía mínima de dos (2) años, manuales, tiempo máximo de respuesta, plan de capacitación para cada ítem y la garantía de suministro de los repuestos

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: 

IDENTIFICACIÓN: CC 19475241

FECHA: 27/11/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
NOVIEMBRE 2020

Yo, **Henry Moreno Acosta** en representación de la facultad TECNOLOGICA y de los Laboratorios y Talleres de Mecánica como responsable de la solicitud del equipo (s), e invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"**. Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s)


INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS SAS

conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

- 1. ÍTEM 8 Solución Integral De Escaneo 3D de Grado Metrológico: **Cumple con todas las especificaciones****

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: 
IDENTIFICACIÓN: CC 19475241
FECHA: 27/11/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
NOVIEMBRE 2020

Yo, **Henry Moreno Acosta** en representación de la facultad TECNOLOGICA y de los Laboratorios y Talleres de Mecánica como responsable de la solicitud del equipo (s), e invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"**. Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s)

USM COLOMBIA SAS


conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

1. ÍTEM 8 Solución Integral De Escaneo 3D de Grado Metrológico: **No cumple**.
En el anexo 3 presentado por el oferente se menciona que posee mesa giratoria automática, Trípode y/o stand móvil, en los catálogos presentados por la empresa no se encuentra información al respecto de estos elementos que permitan evaluarlos, no se presenta catalogo alguno para el Equipo de cómputo portátil de alto rendimiento para manejo de nubes de puntos o mallas escaneadas, que permita realizar la evaluación de este elemento, El anexo 3 presentado por el oferente no fue firmado por el representante legal, no se encuentra la especificación *Resolución mínima de 5 Megapíxeles* en el anexo 3 en lo referente a la *Aplicación o softwares necesarias para el proceso de escaneo, procesamiento y medición* el catalogo no muestra la información específica necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones relacionadas.

En la evaluación de habilitantes la empresa **NO CUMPLE** con las certificaciones de experiencia y/o soportes debido a que en la certificación y el documento de respaldo los valores no coinciden, además de no incluir la carta de compromiso del registro de importación, carta de garantía mínima de dos (2) años, y la garantía de suministro de los repuestos

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: 
IDENTIFICACIÓN: CC 19475241
FECHA: 27/11/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ACADÉMICA)
FASE: EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020
EQUIPOS DE LABORATORIOS
NOVIEMBRE 2020

Yo, **Henry Moreno Acosta** en representación de la facultad TECNOLOGICA y de los Laboratorios y Talleres de Mecánica como responsable de la solicitud del equipo (s), e invitado por el Comité Institucional de Laboratorios con el fin de realizar la evaluación técnica ítem a ítem y/o solución integral (especificaciones) de la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"**. Teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que he realizado el ejercicio de análisis y verificación de la información a la **CONVOCATORIA PUBLICA No. 010-2020** y que por lo tanto comunico que la(s) firma(s)


CIMEX SA

conforme a lo solicitado por la universidad en los términos de referencia. A continuación, relaciono los ítems evaluados:

para lo cual se realiza las siguientes observaciones:

1. ÍTEM 8 Solución Integral De Escaneo 3D de Grado Metrológico: **No cumple**. En el anexo 3 presentado por el oferente se menciona que posee mesa giratoria automática, Trípode y/o stand móvil, en los catálogos presentados por la empresa no se encuentra información al respecto de estos elementos que permitan evaluarlos, no se presenta catalogo alguno para el Equipo de cómputo portátil de alto rendimiento para manejo de nubes de puntos o mallas escaneadas, que permita realizar la evaluación de la propuesta, la *Aplicación o software necesarias para el proceso de escaneo, procesamiento y medición* el catalogo presentado no muestra la información específica necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones relacionadas.

Nota: La Vicerrectoría Académica, realiza las invitaciones a los docentes a realizar las evaluaciones técnicas de equipos, elementos o instrumentos tomando en cuenta los criterios de: idoneidad, experiencia en el tema, experticia, conocimientos, y solicitud del equipo

FIRMA: 

IDENTIFICACIÓN: CC 19475241

FECHA: 27/11/2020